

КГП «Федоровская ЦРБ» адрес: с. Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1 *провела закупки способом запроса ценовых предложений* следующих товаров:

Наименование товара:

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, (тенге)	Срок поставки
1	Лампа операционная бестеневая	Назначение: предназначена для использования в операционных, в кабинетах гинеколога, отоларинголога, офтальмолога. Область применения: хирургия. Класс безопасности: класс 1 – с низкой степенью риска. Особенности: галогеновая лампа обеспечивает отличное освещение и цветопередачу. Для минимизации возрастания температуры системы освещения в ходе эксплуатации используются многолучевой рефлектор и стекло, отфильтровывающее инфракрасное излучение. Нагрев воздуха в области головы хирурга минимален. Для облегчения установки в нужное положение используется специальное гибкое плечо и регулируемая по высоте стойка. Чтобы светильник можно было легко перемещать, предусмотрены ролики. Технические характеристика: Габариты: 440 мм. (Ш) x 440 мм. (Д) x 1250 мм. - 1850 мм. (В). Диапазон регулировки высоты: 600 мм. Диаметр светильника: 190 мм. Яркость: 30 000 Люкс. Цветовая температура: 3 800 К. Потребляемая мощность: 50 Вт. Срок службы лампы: 2 000 часов. Вращение: 360°. Рефлектор: Многолучевой рефлектор. Колеса: 4 шт. Галогенная лампа: 24 Вт. Источник питания: 110-220 В, 50/60 Гц Ролики: 2 x 4 шт. Вес: 20 кг. Комплект поставки: Лампа операционная бестеневая – 1 шт. Колеса – 4 шт. Требования к условиям эксплуатации: Температура - 5-40°C Влажность - 5-30°C / ниже 80%, 31-40°C / ниже 50% Температура эксплуатации: 10-50 градусов цельсия. Температура хранения: 5-50 градусов цельсия. Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа. Относительная влажность: 10-95%.	штука	1	279 000,0	60-90 календарных дней
2	Монитор фетальный	Требования к функциональности Отображает сердечный ритм плода (FHR), активность матки (UC) и движения плода (FM) - Автоматическое обнаружение движения плода - Светодиодный дисплей - Легко читаемая диаграммная бумага формата A4 * - Возможность использования бумаги для факса - Функция тревоги при отклонении ЧСС плода - Высокая точность с частотой 1 МГц - Обновление программного обеспечения через Интернет - Автоматический анализ CTG - Система удаленного мониторинга на 8 пациентов (опция) Отображает сердечный ритм плода, активность матки и движения плода. Автоматическое обнаружение движения плода. Светодиодный дисплей. Легко	штука	1	600 000,0	30-45 календарных дней

		читаемая диаграммная бумага формата А4. Требования к техническим характеристикам Технические характеристики: 1. Габариты 296 x 305,5 x 92,5 мм, прибл. 2,9 кг 2. Дисплей 7 сегментный светодиодный дисплей 3. 2 канала (Пuls плода, маточное сокращение) 4. Записывающее устройство Метод: Термальная печать Скорость печати: 1, 2, 3 см/мин Функция подачи бумаги 5. Электропитание Входящее: 100 - 240 В, 50-60 Гц, 1.2.А Исходящая: 18 В, 2.5 А 6. Внешняя связь RS-232C: загрузка программы, центральная система связи (дополнительно) 7. Температура Рабочая температура: 10°- 40° С Температура хранения: -10-60° С 8. ЧСС плода Входящий сигнал: ультразвуковой доплер Ультразвуковая частота: 1МГц Ультразвуковая мощность: <10мВт/см2 Способ детектирования: автокорреляция Диапазон ЧСС плода: 240 уд/мин Точность ЧСС плода: 120-160 уд/мин: ±2 уд/мин 9. Маточное сокращение Источник входящего потока: экстеранальный датчик с тензорезистором Нулевой сигнал: включение в одно касание Диапазон измерения: 0-99 ед 10. Измерение движения плода. Измерительный источник: ультразвуковой импульсный доплеровский РЛС. Требования к комплектации: 1 Фетальный монитор - 1 2 Ультразвуковой датчик - 1 3 Датчик маточных сокращений - 1 4 Отметчик режимов - 1 5 Бумага - 2 6 Адаптер и кабель питания - 1 7 Гель - 1 8 Пояса для датчиков - 2 Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте включены в общую стоимость. Постгарантийное техобслуживание				
3	Щипцы для захвата и диссекции	Щипцы, RoBi® по KELLY для захвата, модель CLERMONT-FERRAND, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: 38151 рукоятка RoBi , без кремальеры, цветовой код: голубой, 38600 внешний тубус, 38610MD рабочая вставка-щипцы	Штука	1	364 777,0	120 дней с момента подписания договора
4	Адаптер, переходник	накидной с креплением к клапану троакара, 11/5 мм, арт: 30141DB	Штука	1	30 880,0	120 дней с момента подписания договора

1. Заявку на участие в закупе предоставили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИИН)	Дата и время подачи заявки
1	ТОО «ОрдаМед Костанай»	131140026382	18.06.2018г. 15 часов 05 минут

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

№ п/п	Наименование поставщика, адрес	ФИО
1	-	-

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.09г. главы 10 пункта 112 принято решение признать закуп способом запроса ценовых предложений, состоявшимся и определить победителем ТОО «ОрдаМед Костанай» БИН 131140026382, по следующим позициям:

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, (тенге)
1	Лампа операционная бестеневая	Назначение: предназначена для использования в операционных, в кабинетах гинеколога, отоларинголога, офтальмолога. Область применения: хирургия. Класс безопасности: класс 1 – с низкой степенью риска. Особенности: галогеновая лампа обеспечивает отличное освещение и цветопередачу. Для минимизации возрастания температуры системы освещения в ходе эксплуатации используются многолучевой рефлектор и стекло, отфильтровывающее инфракрасное излучение. Нагрев воздуха в области головы хирурга минимален. Для облегчения установки в нужное положение используется специальное гибкое плечо и регулируемая по высоте стойка. Чтобы светильник можно было легко перемещать, предусмотрены ролики. Технические характеристики: Габариты: 440 мм. (Ш) x 440 мм. (Д) x 1250 мм. - 1850 мм. (В). Диапазон регулировки высоты: 600 мм. Диаметр светильника: 190 мм. Яркость: 30 000 Люкс. Цветовая температура: 3 800 К. Потребляемая мощность: 50 Вт. Срок службы лампы: 2 000 часов. Вращение: 360°. Рефлектор: Многолучевой рефлектор. Колеса: 4 шт. Галогенная лампа: 24 Вт. Источник питания: 110-220 В, 50/60 Гц Ролики: 2 x 4 шт. Вес: 20 кг. Комплект поставки: Лампа операционная бестеневая – 1 шт. Колеса – 4 шт. Требования к условиям эксплуатации: Температура - 5-40°C Влажность - 5-30°C / ниже 80%, 31-40°C / ниже 50% Температура эксплуатации: 10-50 градусов цельсия. Температура хранения: 5-50 градусов цельсия. Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа. Относительная влажность: 10-95%.	штука	1	279 000,0
2	Монитор fetalный	Требования к функциональности Отображает сердечный ритм плода (FHR), активность матки (UC) и движения плода (FM) - Автоматическое обнаружение движения плода - Светодиодный дисплей - Легко читаемая диаграммная бумага формата A4 * - Возможность использования бумаги для факса - Функция тревоги при отклонении ЧСС плода - Высокая точность с частотой 1 МГц - Обновление программного обеспечения через Интернет - Автоматический анализ СТГ - Система удаленного мониторинга на 8 пациентов (опция) Отображает сердечный ритм плода, активность матки и движения плода. Автоматическое обнаружение движения плода. Светодиодный дисплей. Легко читаемая диаграммная бумага формата A4. Требования к техническим характеристикам Технические характеристики: 1. Габариты 296 x 305,5 x 92,5 мм, прибл. 2,9 кг 2. Дисплей 7 сегментный светодиодный дисплей 3. 2 канала (Пульс плода, маточное сокращение) 4. Записывающее устройство Метод: Термальная печать Скорость печати: 1, 2, 3 см/мин Функция подачи бумаги 5. Электропитание Входящее: 100 - 240 В, 50-60 Гц, 1.2.А	штука	1	600 000,0

	Исходящая: 18 В, 2,5 А 6. Внешняя связь RS-232C: загрузка программы, центральная система связи (дополнительно) 7. Температура Рабочая температура: 10°- 40° С Температура хранения: -10-60° С 8. ЧСС плода Входящий сигнал: ультразвуковой доплер Ультразвуковая частота: 1МГц Ультразвуковая мощность: <10Вт/см2 Способ детектирования: автокорреляция Диапазон ЧСС плода: 240 уд/мин Точность ЧСС плода: 120-160 уд/мин: ±2 уд/мин 9. Маточное сокращение Источник входящего потока: экстеранальный датчик с тензорезистором Нулевой сигнал: включение в одно касание Диапазон измерения: 0-99 ед 10. Измерение движения плода. Измерительный источник: ультразвуковой импульсный доплеровский РЛС. Требования к комплектации: 1 Фетальный монитор - 1 2 Ультразвуковой датчик - 1 3 Датчик маточных сокращений - 1 4 Отметчик режимов - 1 5 Бумага - 2 6 Адаптер и кабель питания - 1 7 Гель - 1 8 Пояса для датчиков - 2 Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте включены в общую стоимость. Постгарантийное техобслуживание			
--	--	--	--	--

Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» способом запроса ценовых предложений не состоялся по следующим позициям:

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, (тенге)
3	Щипцы для захвата и диссекции	Щипцы, RoBi® по KELLY для захвата, модель CLERMONT-FERRAND, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: 38151 рукоятка RoBi, без кремальеры, цветовой код: голубой, 38600 внешний тубус, 38610MD рабочая вставка-щипцы	Штука	1	364 777,0
4	Адаптер, переходник	накидной с креплением к клапану троакара, 11/5 мм, арт: 30141DB	Штука	1	30 880,0

- Организатору закупок «КГП «Федоровская ЦРБ» разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе Заказчика.

- Победителю представить организатору закупок в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

- 1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";
- 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

- 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
- 5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»;
- 6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
- 7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);
- 8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

И.о. главного врача



Сырगाбаев М.С.