

Протокол об итогах государственных закупок способом тендера по закупа медицинского оборудования

с. Федоровка

«02» июля 2018 года

1. Тендерная комиссия в составе:

Сырगाбаев Мылтыккали Сегизбаевич

Карпенко Александра Викторовна

Кутлина Татьяна Григорьевна

Финк Евгений Викторович

Сынча Анатолий Владимирович

Мищенко Татьяна Анатольевна

И.о. главного врача, председатель тендерной комиссии;

заместитель главного врача по ЛПР, заместитель председателя тендерной комиссии;

главная мед. сестра, член тендерной комиссии;

зав. хирургическим отделением, член тендерной комиссии;

юрист, член тендерной комиссии,

бухгалтер по государственным закупкам, секретарь тендерной комиссии

Провела тендер по государственным закупкам медицинского оборудования:

№ пп	Наименова ние товара	Ед. изм.	Кол -во	Краткая характеристика
1	Светильн ик операцио нный двух- купольны й	шт	1	Назначение: предназначен для освещения операционного поля во время хирургических оперативных вмешательств. Область применения: используется в многопрофильных клинических больницах, амбулаториях, поликлиниках и других лечебных учреждениях. Класс безопасности: класс 1 – с низкой степенью риска.
				Особенности: двух-купольный многоотражательный бестеневой операционный галогеновый светильник, луч света имеет 3000 специализированных отражателей, что даёт минимальное количество тени при операциях; так же светильник снабжён микропроцессором, который автоматически регулирует поток света и запоминает настройки, введённые вручную. Цветовая температура приближена к температуре солнечного света при помощи теплопоглощающих фильтров, что позволяет видеть кожаную ткань в ее естественном цвете. Ручка основного корпуса позволяет легко двигать, поворачивать и наклонять светильник в нужном направлении. Аппарат имеет проводную панель управления, которая позволяет установить и сохранять режимы яркости (10 режимов); так же имеется функция постепенного освещения и погасания. Галогенная лампа способна работать до 1000 часов и может быть заменена легко и быстро. При выключении основной лампы, светильник имеет запасную, которая включается при экстренных ситуациях за 0,3 секунды; ручка светильника так же легко отсоединяется и выдерживает высокие давления и температуры для стерилизации. светильник операционный потолочного крепления. Имеет многолучевой рефлектор для обеспечения бестеневого эффекта освещения. Источник света - галогеновая лампа. Панель включения-выключения и управления яркостью на куполе светильника расположена.
				Техническая характеристика: Температура света: 4300 К°. Глубина сфокусированного пучка: 700+700 мм. Ресурс галогеновой лампы: 1000 часов. Напряжение: 220В±10%, частота 50\ 60 Гц. Максимальный световой поток: 150000+150000. Диаметр светового поля: 200-250 мм. Цветовая температура: 4300К±10%. Диапазон регулировки яркости: 10 шагов. Мощность лампы: 150 Вт. Световые режимы: 10.
				Комплект поставки: Светильник операционный – 1 шт.
				Требования к условиям эксплуатации: Температура - 5-40°С Влажность - 5-30°С / ниже 80%, 31-40°С / ниже 50% Температура эксплуатации: 10-50 градусов цельсия. Температура хранения: 5-50 градусов цельсия. Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа. Относительная влажность: 10-95%. Электромагнитная совместимость: соответствует всем требованиям EN 6060-1-1-2.
				Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц: Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
 - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
 - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
 - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

2. Сумма, выделенная для закупки 6 750 000,00 тенге (шесть миллионов семьсот пятьдесят) тенге 00 тиын.

3. Следующие заявки на участие в тендере были предоставлены:

№ п/п	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИИН)	Дата и время подачи заявки
1	ТОО «ОрдаМед Костанай», 110000, г.Костанай, ул. Карбышева, д.2	131140026382	29.06.2018г. 11 часов 42 минут

ТОО «ОрдаМед Костанай», 110000, г.Костанай, ул. Карбышева, д.2

№ лот а	Наименование товара	Ед. изм	Кол -во	Краткая характеристика	Сумма
1	Dialux D70+D70, Светильник операционный. Рег. уд.: №РК- МП-7№010397 от 06.11.2012г. до 06.11.2019г. Производитель : «Dong Yeon Medicab», Корея	шт	1	Назначение: предназначен для освещения операционного поля во время хирургических оперативных вмешательств. Область применения: используется в многопрофильных клиникских больницах, амбулаториях, поликлиниках и других лечебных учреждениях. Класс безопасности: класс 1 – с низкой степенью риска. Особенности: двух-купольный многоотражательный бестеневой операционный галогеновый светильник, луч света имеет 3000 специализированных отражателей, что даёт минимальное количество тени при операциях; так же светильник снабжён микропроцессором, который автоматически регулирует поток света и запоминает настройки, введённые вручную. Цветовая температура приближена к температуре солнечного света при помощи теплопоглощающих фильтров, что позволяет видеть кожаную ткань в ее естественном цвете. Ручка основного корпуса позволяет легко двигать, поворачивать и наклонять светильник в нужном направлении. Аппарат имеет проводную панель управления, которая позволяет установить и сохранять режимы яркости (10 режимов); так же имеется функция постепенного освещения и погасания. Галогенная лампа способна работать до 1000 часов и может быть заменена легко и быстро. При выключении основной лампы, светильник имеет запасную, которая включается при экстренных ситуациях за 0,3 секунды; ручка светильника так же легко отсоединяется и выдерживает высокие давления и температуры для стерилизации. светильник операционный потолочного крепления. Имеет многолучевой рефлектор для обеспечения бестеневого эффекта освещения. Источник света - галогеновая лампа. Панель включения-выключения и управления яркостью на куполе светильника расположена. Техническая характеристика: Температура света: 4300 К°. Глубина сфокусированного пучка: 700+700 мм. Ресурс галогеновой лампы: 1000 часов. Напряжение: 220В±10%, частота 50\ 60 Гц. Максимальный световой поток: 150000+150000. Диаметр светового поля: 200-250 мм. Цветовая температура: 4300К±10%. Диапазон регулировки яркости: 10 шагов. Мощность лампы: 150 Вт. Световые режимы: 10. Комплект поставки: Светильник операционный – 1 шт. Требования к условиям эксплуатации: Температура - 5-40°С Влажность - 5-30°С / ниже 80%, 31-40°С / ниже 50% Температура эксплуатации: 10-50 градусов цельсия. Температура хранения: 5-50 градусов цельсия. Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа. Относительная влажность: 10-95%. Электромагнитная совместимость: соответствует всем требованиям EN 6060-1-1-2. Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц: Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;	6 750 000,0

		- замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий	
--	--	--	--

4. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.09г. комиссия решила допустить следующие тендерные заявки для участия в тендере:

- ТОО «ОрдаМед Костанай», 110000, г.Костанай, ул. Карбышева, д.2.

ТОО «ОрдаМед Костанай», 110000, г.Костанай, ул. Карбышева, д.2.

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный поставщик предоставил полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям: ТОО «ОрдаМед Костанай» обладает правоспособностью, является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и/или взносам на обязательное социальное медицинское страхование, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации, не состоит в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков. ТОО «ОрдаМед Костанай» имеет талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий по оптовой реализации медицинской техники. Медицинская техника, предлагаемая ТОО «ОрдаМед Костанай» соответствуют требованиям главы 4 Правил организации и проведения закупок и тендерной документации.

Техническая спецификация предлагаемого товара соответствует спецификации, указанной в тендерной документации. Предлагаемый товар зарегистрирован в Республики Казахстан. Предлагаемый товар хранится и перевозится в соответствии с условиями хранения и транспортировки (Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года №262 «Об утверждении Правил хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»).

Стоимость предлагаемых товаров не превышает сумму, выделенную для закупок (в разрезе наименований).
Гарантийное обеспечение внесено в соответствии с требованиями Тендерной Документации.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.09г. решила признать закуп способом тендера по закупке медицинского оборудования не состоявшимся:

Лот №1 представлено менее двух тендерных заявок. Тендерная заявка ТОО «ОрдаМед Костанай»;

- 1) На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.09г. главы 11 пункта 116 п.п. 1 Организатору закупок КГП «Федоровская ЦРБ» УЗаКо провести закуп способом из одного источника с ТОО «ОрдаМед Костанай».
- 2) Организатору закупок КГП «Федоровская ЦРБ» УЗаКо разместить информацию об итогах проведенных государственных закупок способом тендера на интернет ресурсе Заказчика и письменно уведомить об этом всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем направления уведомления и копии протокола итогов потенциальным поставщикам.

За данное решение проголосовали:

ЗА – 5 голосов (Сырगाбаев М.С., Карпенко А.В., Кутлина Т.Г., Финк Е.В., Сынча А.В)
ПРОТИВ – голосов.

Председатель тендерной комиссии

Сыргабаев М.С.

Заместитель председателя тендерной комиссии

Карпенко А.В.

Член тендерной комиссии

Кутлина Т.Г.

Член тендерной комиссии

Финк Е.В.

Член тендерной комиссии

Сынча А.В.

Секретарь тендерной комиссии

Мищенко Т.А.