

Наименование товара:

Наименование товара		Характеристика		Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупок (тенге)	
I	Электрокардиограф	1.	Отведения ЭКГ	12 параллельных отведений ЭКГ	штука	1	399 500,0
		2.	Размеры	296 x 305.5 x 92.5 мм, прибл. 2.98 кг.			
		3.	Фиксирующие каналы	3, 6, 12 каналов (60 секунд)			
		4.	Чувствительность	5,10,20 мм/мВ и auto (I – aVF: 10мм/мВ, V1–V6: 10мм/мВ)			
		5.	Выбор скорости печати	12.5, 25, 50 мм/с			
		6.	Частота амплитудно-импульсной модуляции	500 импульсов/сек			
		7.	Фильтры	Сетевой (50/60 Гц, -20dB или лучше) Фильтр ЭМГ (25-35 Гц, -3dB или лучше) Базовая линия (0.1 Гц, -3dB или лучше) Фильтр нижних частот (выкл., 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц)			
		8.	Дисплей	ЖК-дисплей 2x16 знаков			
		9.	ЖК-дисплей	Чувствительность, скорость, состояние фильтра, ЧСС./форма печати, отведение ритма			
		10.	Индикатор LED	Качество сигнала, источник питания, батарея			
		11.	Данные пациента	Индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес			
		12.	Основные параметры	ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T			
		13.	Записывающее устройство	Термальная печатающая головка, тип бумаги - термобумага/в рулонах Ширина бумаги: формат A4: 210мм или 8.5 дюймов; Длина: формат A4: 300мм или 11 дюймов (эффективная ширина записи: 204мм) Разрешающая способность: вертикально - 8 точек/мм;/горизонтально- 16т/мм)			
		14.	Электропитание	Собственный шум: 20 Л(р-р)макс. Входной контур: незаземленный вход Вход пациента полностью изолирован, защита от дефибриллятора Входящий импеданс: не более 10 МП Диапазон входного сигнала: 5±мВ Коэффициент ослабления симфазного сигнала: >100 дБ Смещение постоянной составляющей: ±300 мВ Время: 3,2 секунды/ток утечки < 10 мкА Частота цифровой записи 0.005-150 Гц			
		15.	Контроль качества сигнала	Определение изолированного отведения			
		16.	Энергопотребление	АС или встроенный аккумулятор 100-240//АС 50/60Гц, 1,0-0,5А, 60В макс.			
		17.	Емкость батареи	1 час обычного режима пользования (примерно 100 автоматических распечаток ЭКГ)			
		18.	Связь	Соединение с ПК через интерфейс RS-232 и LAN			
		19.	Безопасность	Класс I, Тип BF Соответствие стандартам качества CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC			
		20.	Требования к окружающей среде	Влажность: 30~ 85% Рабочая температура: 10°C~ 40°C Атмосферное давление: 70~ 106КПа			
Комплектация:							

		1. Электрокардиограф	1			
		2. Шнур питания	1			
		3. Кабель пациента	1			
		4. Электроды	1			
		5. Диаграммная бумага	1			
		6. Гель	1			
		7. Перезаряжаемый аккумулятор				

1. Заявку на участие в закупе предоставили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИИН)	Дата и время подачи заявки
1	ТОО «Орда Мед Костанай»	131140026382	20.05.2019г. 15 часов 45 минут

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

№ п/п	Наименование поставщика, адрес	ФИО
1	-	-

2. Наименование потенциальных поставщиков и заявленные цены потенциальных поставщиков с ценовыми предложениями.

№ лота	Наименование товара	Кол-во	Выделенная сумма по лоту	Цена потенциальных поставщиков по лоту
				1
				ТОО «Орда Мед Костанай»
1	Электрокардиограф (Электрокардиограф модели CardioCare 2000)	1	399 500,0	399 500,0

3. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.09г. главы 10 пункта 112 принято решение признать закуп способом запроса ценовых предложений, состоявшимся и определить победителем **ТОО «Орда Мед Костанай» 131140026382**, по следующим позициям:

№ п/п	Наименование	Характеристика		Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки (тенге)
1	Электрокардиограф (Электрокардиограф модели CardioCare 2000)	1.	Отведения ЭКГ	12 параллельных отведений ЭКГ	штука	399 500,0
		2.	Размеры	296 x 305.5 x 92.5 мм, прибл. 2.98 кг.		
		3.	Фиксирующие каналы	3, 6, 12 каналов (60 секунд)		
		4.	Чувствительность	5,10,20 мм/мВ и auto (I ~ aVF: 10мм/мВ, V1-V6: 10мм/мВ)		
		5.	Выбор скорости печати	12.5, 25, 50 мм/с		
		6.	Частота амплитудно-импульсной модуляции	500 импульсов/сек		
		7.	Фильтры	Сетевой (50/60 Гц, -20dB или лучше) Фильтр ЭМГ (25-35 Гц, -3dB или лучше) Базовая линия (0.1 Гц, -3dB или лучше) Фильтр нижних частот (выкл., 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц)		
		8.	Дисплей	ЖК-дисплей 2х16 знаков		
		9.	ЖК-дисплей	Чувствительность, скорость, состояние фильтра, ЧСС./форма печати, отведение ритма		
		10.	Индикатор LED	Качество сигнала, источник питания, батарея		
		11.	Данные пациента	Индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес		
		12.	Основные параметры	ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T		
		13.	Записывающее устройство	Термальная печатающая головка, тип бумаги - термобумага/в рулонах Ширина бумаги: формат A4: 210мм или 8.5 дюймов; Длина: формат A4: 300мм или 11 дюймов		

			(эффективная ширина записи: 204мм) Разрешающая способность: вертикально - 8 точек/мм; горизонтально- 16т/мм)			
	14.	Электропитание	Собственный шум: 20 дБ(р-р)макс. Входной контур: незаземленный вход Вход пациента полностью изолирован, защита от дефибриллятора Входящий импеданс: не более 10 МП Диапазон входного сигнала: 5±мВ Коэффициент ослабления симфазного сигнала: >100 дБ Смещение постоянной составляющей: ±300 мВ Время: 3,2 секунды/ток утечки < 10 мкА Частота цифровой записи 0.005-150 Гц			
	15.	Контроль качества сигнала	Определение изолированного отведения			
	16.	Энергопотребление	АС или встроенный аккумулятор 100-240В/АС 50/60Гц, 1,0-0,5А, 60В макс.			
	17.	Емкость батареи	1 час обычного режима пользования (примерно 100 автоматических распечаток ЭКГ)			
	18.	Связь	Соединение с ПК через интерфейс RS-232 и LAN			
	19.	Безопасность	Класс I, Тип BF Соответствие стандартам качества CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC			
	20.	Требования к окружающей среде	Влажность: 30~ 85% Рабочая температура: 10°C~ 40°C Атмосферное давление: 70~ 106КПа			
Комплектация:						
	1.	Электрокардиограф	1			
	2.	Шнур питания	1			
	3.	Кабель пациента	1			
	4.	Электроды	1			
	5.	Диаграммная бумага	1			
	6.	Гель	1			
	7.	Перезаряжаемый аккумулятор				

- Организатору закупок «КГП «Федоровская ЦРБ» разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе Заказчика.

- Победителю представить организатору закупок в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

- 1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";
- 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
- 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупок);
- 5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»;
- 6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, действующей более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному

постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил.

9) при запуске фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Главный врач



Сыргабаев М.С.