

КГП «Федоровская ЦРБ» адрес: с. Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1 провела закупки способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

Наименование товара:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупа (тенге)
1	Монитор пациента	Простота в использовании · Аккумуляторное питание · Табличный и графический тренд · Взаимозаменяемость датчика Nellcore SpO2 Дополнительные функции · Подключение к локальной сети (LAN) · Вызов медсестры Технические характеристики монитора · Эксплуатационный температурный режим: с 15°C по 30°C (с 59°F по 86°F) · Допустимая температура хранения: с 10°C по 60°C (с 14°F по 140°F) · Относительная влажность: с 20% по 95% RH · Рабочее давление: с 70(700) по 106 кПа (1060 миллибар) Электропитание · AC 100-240V (50/60Hz) 1.0A · Адаптер 15 V, 2.0 A (JMW128KA1503F51) Технические характеристики монитора · Экран: 4.3" TFT ЖК (480×272) · Индикаторы - До 2 волновых картин - 3 уровня звукового сигнала тревоги - Визуальные сигналы тревоги - Звук пульса - Аварийная сигнальная лампа - Статус уровня заряда аккумуляторной батареи - Индикатор внешнего источника питания Интерфейс - Источник питания: 15 DC (постоянный ток), 2.0A максимально. - Выработка электроэнергии для локальной сети (LAN), беспроводной локальной сети (LAN): 5.0V максимально 1.0A · Аккумуляторная батарея - Литий-ионная аккумуляторная батарея - Отображение статуса уровня заряда батареи - Время работы: 4.5 часа (если аккумуляторная батарея заряжена полностью) Графические и табличные тренды · Табличный тренд - Устройство памяти: 128 часов - Интервал данных: 15 секунд - Интервал вывода данных на экран: 1 МИНУТА, 5, 15, 30, 1 ЧАС · Графический тренд - Интервал вывода данных на экран: 30 МИНУТ, 60, 90, 3 ЧАСА, 6, 12 Мощность пульсоксиметрического датчика SpO2 · Интервал насыщения: от 0% до 100% - процентное содержание кислорода · Диапазон частоты пульса: от 30 до 254 ударов в минуту - Точность датчика SpO2: от 70% до 100% ±2, от 0% до 69% неопределенные · точность измерения частоты пульса: ±2 ударов в минуту · Датчик красное излучение 660 нм, 2мВт (типичное) - инфракрасное излучение 880 нм, 2-2,4 мВт (типичное) · Минимальный уровень сигнала: 0.05% модуляция (Низкий уровень перфузии и Полнота пульса: подтверждение правильности ограничения применения симулятора оксиметрии FLUKE Index 2) Уровень НИАД · Метод: Осцилляторный · Режим измерения: - Ручной режим: Единичное измерение - Автоматический режим: Автоматические установленные интервалы 1 МИНУТА, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 1 ЧАС, 2, 4, 8 · Вывод на экран результатов измерений давления: от 0 до 300 мм рт.ст. Погрешность: ± 3 мм рт.ст. · Частота пульса: от 30 до 220 ударов в минуту · Диапазон измерений артериального давления: - Давление взрослого: от 20 до 260 мм рт.ст. - Давление ребенка: от 20 до 160 мм рт.ст. - Давление новорожденного: от 20 до 130 мм рт.ст. Погрешность: соответствует требованиям к погрешности стандарта ANSI / AAMI SP10: 1992 и 2002 гг.	штука	1	1 139 900,0

		Технические характеристики единиц измерений температуры - Диапазон: от 15°C до 45°C (от 59°F до 113°F) - Точность: от 25°C до 45°C $\pm 0.1^\circ\text{C}$, от 15°C до 24°C $\pm 0.2^\circ\text{C}$ - Датчик: совместимость с серией YSI 400 Технические характеристики модуля EtCO2 - EtCO2 диапазон: от 0 до 150 мм рт.ст., от 0 до 19.7%, от 0 до 20 кПа - Точность EtCO2: от 0 до 40 мм рт.ст., ± 2 мм рт.ст., от 41 до 70 мм рт.ст., $\pm 5\%$ от 71 до 100 мм рт.ст.: $\pm 8\%$ от 101 до 150 мм рт.ст.: $\pm 10\%$ - Диапазон дыхания: от 0 до 150 bpm (ударов минуту) - Точность измерения дыхания: ± 1 bpm (ударов в минуту) Опции - Датчик температуры (наложение на кожу, серии YSI 400) - Температура (инфракрасный термометр) - Модуль EtCO2 и принадлежности (Для получения подробной информации прочитайте главу о EtCO2 в данном руководстве пользователя) - Устройство считывания штрих-кодов (USB) BM1 относится к классу: - По степени защиты от поражения электрическим током прибор BM1 относится к классу I, BF и CF. Не рекомендуется использовать данный прибор в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков или горючих растворителей. - По уровню шума прибор относится к классу B согласно стандартам IEC/EN 60601-1 и согласно стандартам IEC/EN60601-1-2 по уровню шума прибор относится к классу B. -Число звуковых сигналов тревог: 5 Пределы тревог: Оборудование может само просматривать и изменять пределы тревоги для всех параметров функций. Громкость звука сигнала тревоги: Громкость каждого звукового сигнала может быть настроена на 10 уровней. Уровень тревоги: Приоритет каждого параметра сигнала тревоги может быть установлен. Обзор сигналов тревоги: Показывает информацию в порядке приоритета всех тревог для каждого измерения. Вызов медсестры: Установка функции ВКЛ/ВЫКЛ (ON / OFF) вызова медсестры. Стандартный комплект поставки: Прикроватный монитор BM 1 – 1 шт; Взрослый манжет 25-30 см, многоразовый – 1 шт; Детский манжет многоразовый – 1 шт; Детский манжет многоразовый для новорожденных -1 шт; Электроды одноразовые детские диаметр 30 мм – 50 шт; Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель – 1 шт; Пульсоксиметрический сенсорный датчик для взрослых многоразовый – 1 шт; Адаптер сетевого питания: 18 Вт, 2,5 Ампер + кабель питания – 1 шт; Батарея – 1 шт; Температурный датчик – 1 шт; <i>Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц</i> Гарантия 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.			
2	Монитор пациента	Дисплей не менее 7" ЖК-дисплей (800x480) Габариты не более 238 x 250 x 163, вес не более 3,1 кг Индикаторы До 4 волн (2*ЭКГ, SpO2, Дыхание) 3-х уровневый датчик тревоги ЧСС, Пульсоксиметрический тональный сигнал, Уровень заряда батарей Индикатор подключения к сети Интерфейс Адаптер сетевого питания не более 18 В, 2,5 А Коннектор для синхронизаций с дефибрилятором -Уровневый сигнал: не менее 0, но не более 5 В импульсный -Частота импульсов: не более 100$\pm$10 мс Сетевой выход для передачи сигнала Тревожная кнопка Выход постоянного тока: не более 5В, 1 А Батарея Тип батареи: Литий - ионная Статус заряда батарей Время автономной работы не менее 2 часов (при полном заряде) Принтер Скорость печати: 25,50 мм/сек Размер бумаги: 58 мм Цифровые и графические тренды	штука	1	1 259 900,0

Цифровые тренды

Память цифровых трендов: не более 128 часов

Интервал измерений: 1,5,15,30 минут и 1 час

Вид таблицы: один вид для всех таблиц

Графические тренды Продолжительность графического тренда: 30, 60, 90 и 3,6,12 часов

Версии языков: Русский, Английский, Французский, Испанский, Итальянский, Немецкий, Китайский

ЭКГ

Количество отведений 3 или 5 отведений

Диапазон ЧСС не менее 30, но не более 300 уд/мин

Точность измерений ЧСС ± 3 уд/мин

Анализ СТ сегмента Да

Анализ аритмий

Желудочковая экстрасисталия.

Фебриляция,

Асистолический.

Рабочий диапазон не менее 0.5, но не более 40 Гц

Выбор усиления 0.5, 1, 2, 4 мВ/см

Режим обнаружения кардиостимулятора Обнаружение изменения формы кривой с индикацией его на экране монитора, выбирается пользователем

Сопротивление > 5 м Ω

Уровень подавления помех > 90 дБ при 50 или 60 Гц

Диапазон входного сигнала ± 5 мВ (= U) - ± 300 мВ ($\sim U$)

Защита от дефибрилляции < 4 секунд

Тревога отсутствия отведения Да

SrO₂ (пульсоксиметрия)

Процентный интервал насыщения не менее 0, но не более 100

Диапазон измерения 0~254 удар/мин

Степень оксигенации не менее 70, но не более 100 ± 2 %

Точность измерения пульса ± 2 уд/мин

Тональный сигнал Да

НИАД

Методика измерения Осциллометрический

Режим измерения

Ручной режим: однократное измерение

Автоматический режим: измерение с интервалами 1,2,3,4,5,10,15,20,30 минут и 1,2,4,8 час

Стат: Постоянный в течении 5 минут

Отображение давления в манжете не менее 0, но не более 300 мм рт.ст.

Диапазон измерения артериального давления

Взрослые

- систолическое не менее 50, но не более 260 мм рт.ст.

- основное не менее 30, но не более 220 мм рт.ст.

- диастолическое не менее 20, но не более 200 мм рт.ст.

Дети

- систолическое не менее 50, но не более 230 мм рт.ст.

- основное не менее 30, но не более 190 мм рт.ст.

- диастолическое не менее 20, но не более 170 мм рт.ст.

Новорожденные

- систолическое не менее 50, но не более 120 мм рт.ст.

- основное не менее 30, но не более 100 мм рт.ст.

- диастолическое не менее 20, но не более 90 мм рт.ст.

Степень наполнения манжетов Регулируемая

Частота дыхания

Диапазон измерения не менее 5, но не более 120 вдох/мин

Точность измерения ± 3 вдох/мин

Температурный датчик

Диапазон измерения не менее 15 °C, но не более 45° C

Точность измерения $\pm 0,1$ °C

Совместима с температурными датчиками YSI SERIES 400

Комплектация:

Прикроватный монитор – 1 шт..

Кабель ЭКГ с 3-мя отведениями – 1 шт.

Электроды – 10 шт.

Электроды одноразовые диаметр 50 мм- 150 шт.

Неинвазивный шланг – 1 шт.

Взрослый манжет, многоразовый – 1 шт.

Детский манжет многоразовый – 1 шт.

Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель – 1 шт.

Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый – 1 шт.

Адаптер сетевого питания: 18 Вт, 2,5 Ампер – 1 шт.

Бумага – 2 шт.

Батарея – 1 шт.

		Температурный поверхностный датчик многоразовый – 1 шт. Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц Гарантия 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.																											
3	Пульсоксиметр	Эксплуатационные показатели SpO2 (Насыщаемость крови кислородом) Диапазон: 40 – 100 %/ Точность: 70-100%, ±2% Частота пульса (частота ударов в минуту) Диапазон: 30 – 200 ударов в минуту Точность: ±2 удара в минуту Дисплей Тип Жидкокристаллический TFT дисплей с диагональю 3.2" Разрешение 240 x 400 Отображаемые данные SpO2, частота пульса, пределы дляSpO2, пределы для частоты пульса, линия уровня, кривая частоты пульса, время и дата, громкость оповещения, состояние заряда батареи и яркость. LED дисплей Разделение датчиков, отключения звука сигнала оповещения, состояние подзарядки и подключение к источнику питания Питание Потребление энергии 24В/А (максимум) Время подзарядки (питание отключено) 18В/А Адаптер - Мощность на входе: 100-240В, 50-60Гц, 0,4А - Мощность на выходе: +5В, 2,0А - Модель: JMW110KA0503N02 Батарея - Тип: Литий-ионная батарея 4400мАч, 3,7В (модель: CR18650F22-012PTC) - Время подзарядки: 6,5 часов - Время работы: до 15 часов. Пульсоксиметрический сенсорный датчик, Педиатрический многоразовый Эксплуатационные показатели: SpO2 (Насыщаемость крови кислородом) - Диапазон: 40 – 100 % - Точность: 70-100%, ±2% Частота пульса (частота ударов в минуту) - Диапазон: 30 – 200 ударов в минуту - точность: ±2 удара в минуту Датчик Проверять при длительном использовании каждые 8 часов Включайте/выключайте питание каждые 4 часа. Хранение при температуре: 10°с ~ + 40°с Общие данные Рабочая температура от 5°с до 40°с Нерабочая температура от -20°с до 70°с Влажность 5% - 95% Рабочая высота от -1.000 фт до 12.000 фт Вес 300г Размер 45(В) x 210(Ш) x 75(Г) мм Память SpO2, частота пульса (до 10 сек в течение 30 дней) <table><tr><th colspan="4">Основные комплектующие</th></tr><tr><td>1.</td><td>Пульсоксиметр OXY 9 WAVE</td><td></td><td>1 шт</td></tr><tr><td>2.</td><td>Датчик SpO2 многократн. использования для взр.</td><td></td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Адаптер</td><td></td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>4.</td><td>Инструкция пользователя</td><td></td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>5.</td><td>Пульсоксиметрический сенсорный датчик, Педиатрический многоразовый</td><td></td><td>1 шт.</td></tr></table>	Основные комплектующие				1.	Пульсоксиметр OXY 9 WAVE		1 шт	2.	Датчик SpO2 многократн. использования для взр.		1 шт.	3.	Адаптер		1 шт.	4.	Инструкция пользователя		1 шт.	5.	Пульсоксиметрический сенсорный датчик, Педиатрический многоразовый		1 шт.	штука	1	407 400,0
Основные комплектующие																													
1.	Пульсоксиметр OXY 9 WAVE		1 шт																										
2.	Датчик SpO2 многократн. использования для взр.		1 шт.																										
3.	Адаптер		1 шт.																										
4.	Инструкция пользователя		1 шт.																										
5.	Пульсоксиметрический сенсорный датчик, Педиатрический многоразовый		1 шт.																										

1. Заявку на участие в закупе предоставили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИИН)	Дата и время подачи заявки
1	ТОО «ОрдаМед Костанай»	131140026382	06.11.2019г. 09 часов 50 минут
2	ИП MEDGROUP	541203300612	07.11.2019г. 08 часов 58 минут

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

№ п/п	Наименование поставщика, адрес	ФИО
1	ТОО «ОрдаМед Костанай»	Анкудинова Л.С.
2	ИП MEDGROUP	Сандыбаев М.Н.

2. Наименование потенциальных поставщиков и заявленные цены потенциальных поставщиков с ценовыми предложениями.

№ лота	Наименование товара	Кол-во	Выделенная сумма по лоту	Цена потенциальных поставщиков по лоту	
				1	1
				ТОО «ОрдаМед Костанай»	ИП MEDGROUP
1	Монитор пациента	1	1 139 900,0	1 139 900,0	920 000,0
2	Монитор пациента	1	1 259 900,0	1 259 900,0	1 100 000,0
3	Пульсоксиметр	1	407 400,0	407 400,0	-

На основании гл.3, п.13,п.2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №172. Отклонен потенциальный поставщик: ИП MEDGROUP в связи с тем, что приложен талон по оптовой реализации медицинских изделий другого наименования юридического лица

3. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.09г. главы 10 пункта 112 принято решение признать закуп способом запроса ценовых предложений, состоявшимся и определить победителем ТОО «ОрдаМед Костанай» 131140026382, по следующим позициям:

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Монитор пациента BM 1	штука	1	1 139 900,0	1 139 900,0
2	Монитор пациента BM 3	штука	1	1 259 900,0	1 259 900,0
3	Пульсоксиметр OXY 9 WAVE	штука	1	407 400,0	407 400,0
Итого:					2 807 200,0

- Организатору закупок «КГП «Федоровская ЦРБ» разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе Заказчика.

- Победителю представить организатору закупок в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

- 1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственного органа, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";
- 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
- 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупок);
- 5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»;
- 6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному

постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил.

9) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям установленным пунктом 14 настоящих Правил.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Главный врач



Сыргабаев М.С.