

КГП «Федоровская ЦРБ» адрес: с. Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1 провела закупки способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

Наименование товара:

№ п/п	Наименование	Характеристика			Ед. изм.	Кол- во	Сумма, выделенная для закупа (тенге)
I	Бокс микробиологической безопасности	№ п/п	Общие характеристики системы	Требования	штука	1	3 472 000,0
		1	Общие требования:				
		1.1	Наименование оборудования	Бокс микробиологической безопасности класс II тип A2 для защиты оператора, продукта и окружающей среды			
		1.2	Срок поставки оборудования				
		1.3	Срок предоставления гарантии (со дня ввода в эксплуатацию)	Не менее 24 месяцев			
			Документация:				
		1.4	Наличие декларации соответствия требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»	Соответствие			
		1.5	Наличие сертификата соответствия изделия требованиям следующих нормативных документов: - ГОСТ Р EN 12469-2010; - ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3,4); - ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001); - ГОСТ 12.2.091-2012 (МЭК 61010-1:2001); - ГОСТ Р 51522-99	Соответствие			
		2	Технические требования:				
		2.1	Вертикальный нисходящий односторонний (ламинарный) поток воздуха. Отсутствие риска контаминации из плenums.	Соответствие			
		2.2	Бокс предназначен для оснащения отдельных рабочих мест медицинских, фармацевтических и других учреждений, осуществляющих работу с патогенными биологическими агентами и микроорганизмами согласно СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.3118-13.	Соответствие			
		2.3	Соответствия требованиям класса чистоты воздуха рабочей камеры по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017	5 ИСО			
		2.4	Класс бокса согласно ГОСТ Р EN 12469-2010, EN-12469, NSF/ANSI 49-2009	II			
		2.5	Тип бокса согласно NSF/ANSI 49-2009	A2			
		2.6	Класс установленных HEPA-фильтров по ГОСТ Р EN 1822-1-2010	H14			
		2.7	Габариты ламинарного бокса с подставкой (ШхГхВ), мм	Не более 1200х770х2150			
		2.8	Габариты рабочей камеры ламинарного бокса (ШхГхВ), мм	Не менее 1105*610*750			
2.9	Размеры рабочего проема (ШхВ), мм	Не менее 1080*195					
2.10	Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере, не менее м/с:	0,35					
2.11	Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий	0,44					

	проем, не менее, м/с	
2.12	Степень рециркуляции воздуха в боксе, %	70
2.13	Работа от сети переменного тока частотой, Гц номинальным напряжением, В	50 220-240
2.14	Потребляемая мощность (без учета нагрузки на блок розеток), Вт	Не более 180
2.15	Суммарная максимально допустимая нагрузка на блок розеток, Вт	Не более 1000
2.16	Масса ламинарного бокса с подставкой (нетто), кг	Не более 235
	Бактерицидная лампа, мощностью, Вт	Не менее 30
2.17	Мощность лампы освещения, Вт	39
2.18	Освещение рабочей камеры, Лк	Не менее 1000
2.19	Уровень шума, Дб	Не более 59
2.20	Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м ³ /ч	Не более 817
2.21	Суммарное выделение тепла боксом при работе, Вт	60
3	Комплектация:	
3.1	Лицевое стекло – распашное, материал стекла «триплекс», механизм открывания, закрывания и удерживания стекла в открытом положении снабжен газовыми амортизаторами. Конструкция не содержит быстро изнашиваемые механизмы и части (тросы) Не допускается механизм подъема стекла на противовесах, «скользящее стекло».	Наличие
3.2	Демпфер для предотвращения удара при закрытии лицевого стекла	Наличие
3.3	Закаленные боковые стекла	Наличие
3.4	Освещение рабочей камеры	Наличие
3.5	2 розетки в рабочей камере бокса (справа на задней стенке)	Наличие
3.6	Ламинаризатор воздушного потока из мелкодисперсной полимерной сетки	Наличие
3.7	Количество секций комплекта съемных столешниц из нержавеющей стали	Не менее 3
3.8	Количество усилителей столешницы	Не менее 3
3.9	Количество опор столешниц	Не менее 2
3.10	Съемная подставка для рук из нержавеющей стали	Наличие
3.11	Выдвижной блок УФО рабочей камеры (в нерабочем положении находится за пределами рабочей камеры, под ее основанием). На время обработки рабочей камеры выдвигается в «положение полностью закрыто», что гарантирует максимально надежную защиту персонала, предотвращает выброс ПБА из рабочей зоны согласно СП 1.3.2322-08 п.2.4.5. Не допускается стационарный УФО рабочей камеры.	Наличие
3.12	Металлическая защита лампы УФ-облучения	Наличие
3.13	Демпферы для предотвращения удара при опускании подъемной заслонки рабочего проема	Наличие
3.14	Количество фильтров для удаления воздуха из бокса	Не менее 1
3.15	Количество фильтров на входе в	Не менее 1

	рабочую камеру			
3.15	Пульт управления боксом – кнопочный с ЖК-дисплеем	Наличие		
3.16	Электромагнитный считыватель и электромагнитные ключи доступа	Наличие		
3.17	Датчики параметров воздушных потоков	Наличие		
3.18	Датчики положения лицевого стекла и блока УФ-облучения	Наличие		
3.19	Индивидуальный предохранитель на линию электрического питания основных функций бокса (вентилятор, освещение, УФ- облучение)	Наличие		
3.20	Индивидуальный предохранитель на розетки, установленные в рабочей камере	Наличие		
3.21	Кабель питания	Наличие		
3.22	Балансировочная заслонка выпускного проема для регуляции воздушных потоков	Наличие		
3.23	Встроенный штучер отбора проб воздуха перед НЕРА-фильтрами для проверки их целостности	Наличие		
3.24	Подставка – рамочная с полкой для ног	Наличие		
3.25	Транспортировочные колеса для перемещения бокса	Наличие		
3.26	Винтовые опоры для стационарной установки бокса на место эксплуатации	Наличие		
4	Микропроцессорная система управления боксом:	Наличие		
4.1	Автоматическая блокировка пульта управления, чтобы предотвратить возможность управления боксом неуполномоченными лицами, а также предотвратить случайное нажатие на кнопки и выключение работающих основных функций бокса во время выполнения работы в боксе – доступ к управлению боксом обеспечивается индивидуальными электромагнитными ключами	Наличие		
4.2	Язык меню	Русский, английский, немецкий		
4.3	Индикация включения бокса	Наличие		
4.4	Включение/выключение освещения рабочей камеры и индикация включения освещения	Наличие		
4.5	Включение/выключение вентилятора и индикация включения вентилятора	Наличие		
4.6	Включение/выключение УФ- облучения и индикация включения УФ-облучения	Наличие		
4.7	Установка интервала работы УФ- облучения с отображением оставшегося времени работы	Наличие		
4.8	Счетчик общего времени наработки лампы УФ-облучения	Наличие		
4.9	Автоматическое отключение УФ- облучения при попытке открытия переднего стекла или крышки блока УФ-облучения	Наличие		
4.10	Автоматическое поддержание заданных параметров воздушных потоков, возникающих при работе бокса, вне зависимости от степени загрязненности НЕРА- фильтров	Наличие		
4.11	Автоматическое срабатывание звуковой и визуальной аварийной	Наличие		

		сигнализации при нарушении нормальных режимов работы с отображением предупреждающих надписей: - «Ламинарный поток нарушен»; - «Заблокирована перфорация»; - «Не установлен блок УФО»; - «Открыто стекло»; - «Не установлена столешница»; - «Низкая скорость входящего потока»; - «Низкая скорость нисходящего потока»; - «Высокая скорость нисходящего потока»			
	4.12	Специальные режимы для проведения санитарной обработки: - режим «Деконтаминация» - для обработки бокса парами формальдегида; - режим «Очистка» - для санитарной обработки рабочей камеры с включенным вентилятором	Наличие		
	4.13	Индикация засоренности НЕРА-фильтров	Наличие		
	4.14	Режим управления электромагнитными клапанами в магистралях подачи технологических сред (только для боксов, оборудованных лабораторными кранами)	Наличие		
	4.15	Индикация общих данных: - код изделия по каталогу; - заводской номер изделия; - дата выпуска; - код системной платы; - версия программного обеспечения; - общее время наработки вентилятора; - общее время наработки НЕРА-фильтров; - общее время наработки лампы УФО; - дата следующей проверки	Наличие		
	4.16	Сервисные режимы для настройки и балансировки параметров воздушных потоков	Наличие		
	5	Данные о техническом обслуживании:			
	5.1	Техническое обслуживание в гарантийный период эксплуатации (если это предусмотрено технической документацией)	Наличие		
	В стоимость оборудования включена доставка установка и пусконаладочные работы				

1. Заявку на участие в закупе предоставили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИИН)	Дата и время подачи заявки
1	ТОО «Dinamic Group»	160840012886	19.11.2019г. 10 часов 49 минут

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

№ п/п	Наименование поставщика, адрес	ФИО
1	-	-

Наименование потенциальных поставщиков и заявленные цены потенциальных поставщиков с ценовыми предложениями.

№ лота	Наименование товара	Кол-во	Выделенная сумма по лоту	Цена потенциальных поставщиков по лоту
				1
				ТОО «Dinamic Group»
1	Бокс микробиологической безопасности	1	3 472 000,0	3 385 000,0

3. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.09г. главы 10 пункта 112 принято решение признать закуп способом запроса ценовых предложений, состоявшимся и определить победителем **ТОО «Dinamic Group» 160840012886**, по следующим позициям:

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Бокс микробиологической безопасности БМБ –II – «Ламинар-С» 1,2	штука	1	3 385 000,0	3 385 000,0
Итого:					3 385 000,0

- Организатору закупок «КГП «Федоровская ЦРБ» разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе Заказчика.

- Победителю представить организатору закупок в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

- 1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";
- 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
- 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупки);
- 5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»;
- 6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, действующей более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
- 7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);
- 8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;
- 9) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям установленным пунктом 14 настоящих Правил.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Главный врач

Сырғабаев М.С.