

**Заключение тендерной комиссии
к объявлению №11 по закупу медицинского оборудования**

Лот №2 «Система ультразвуковая диагностическая медицинская» – 1 штука

Запрашиваемые и предложенные технические характеристики изложены в протоколе об итогах государственных закупок способом тендера по закупу медицинского оборудования.

Предложенные технические характеристики: ТОО «Стомед» и ТОО «ZEIN INVEST».

Выносим следующее заключение:

1. В предлагаемом ТОО «Стомед» по лоту №2 «Система ультразвуковая диагностическая медицинская», **соответствует** опубликованной запрашиваемой технической спецификации закупаемых товаров.
2. В предлагаемом ТОО «ZEIN INVEST» по лоту №2 «Система ультразвуковая диагностическая медицинская», **выявлено несоответствие** по заявленным требованиям тендерной документации, а именно: Не соответствие:
 - 1) Монитор: Размер экрана по диагонали, не менее - 17", заявленная в технической спецификации не соответствует опубликованной запрашиваемой технической спецификации закупаемых товаров;
 - 2) Программное обеспечение, активируемое цифровым ключом, обеспечивающее недоплеровскую визуализацию кровотока, не заявлена (отсутствует), что не соответствует опубликованной запрашиваемой технической спецификации закупаемых товаров.

Лот №3 «Наркозный аппарат в комплекте» – 1 штука

Запрашиваемые и предложенные технические характеристики изложены в протоколе об итогах государственных закупок способом тендера по закупу медицинского оборудования.

Предложенные технические характеристики: ТОО «Медикал сервис KZ» и ТОО «ZEIN INVEST».

Выносим следующее заключение:

1. В предлагаемом ТОО «Медикал сервис KZ» по лоту №3 «Наркозный аппарат в комплекте», **соответствует** опубликованной запрашиваемой технической спецификации закупаемых товаров.
2. В предлагаемом ТОО «ZEIN INVEST» по лоту №3 «Наркозный аппарат в комплекте», **выявлено несоответствие** по заявленным требованиям тендерной документации, а именно: Не соответствие:
 - 1) Наркозный аппарат должен обеспечивать контроль подачи смеси газов в диапазоне измерения 0-12л/мин, заявленная в технической спецификации не соответствует опубликованной запрашиваемой технической спецификации закупаемых товаров;
 - 2) Ж/к дисплей с мембранными клавишами, заявленная в технической спецификации не соответствует опубликованной запрашиваемой технической спецификации закупаемых товаров;
 - 3) Рабочее место анестезиолога, не заявлена (отсутствует), что не соответствует опубликованной запрашиваемой технической спецификации закупаемых товаров;
 - 3) Время работы от аккумулятора - не менее-30 минут при любых настройках и не менее 90 минут при стандартных настройках, заявленная в технической спецификации не соответствует опубликованной запрашиваемой технической спецификации закупаемых товаров;
 - 4) Датчики потока многоцветные, измерительный канал датчиков давления-двойной, многоцветный, не заявлена (отсутствует), что не соответствует опубликованной запрашиваемой технической спецификации закупаемых товаров.

За данное решение проголосовали:

ЗА – 4 голосов (Сыргабаев М.С., Кутлина Т.Г., Финк Е.В., Сынча А.В)
ПРОТИВ – 0 голосов.

Председатель тендерной комиссии

Заместитель председателя тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Секретарь тендерной комиссии

Сыргабаев М.С.

Карпенко А.В. (не присутствовала, так как находится в отпуске)

Кутлина Т.Г.

Финк Е.В.

Сынча А.В.

Мищенко Т.А.