

**Протокол об итогах
к объявлению № 17 по закупкам способом тендера по закупу медицинского оборудования.**

с. Федорова

«11» ноября 2020 года

1. Тендерная комиссия в составе:
Сыргабаев М.С. – главный врач, председатель комиссии
Анисимова Е.В. – главный бухгалтер, член комиссии
Сыпча А.В. – юрист, член комиссии
Гуща С.В. – бухгалтер по государственным закупкам, секретарь комиссии.

Провела тендер по государственным закупкам медицинского оборудования.

№ лота	Наименование	Краткое описание	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1	Монитор фетальный	Аппарат должен иметь возможность делать регистрацию данных при многоплодной беременности, одновременно у двух плодов. Габариты: ~ 300(Ш) x 300 (В) x 100 (Г) мм Вес: ~3 кг (без батареек) Дисплей: не менее 7" ширина (800x480)	штука	1	2 899 240,00

- Сумма, выделенная для закупки 2 899 240,00 (сорок миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) тенге 00 тымн.
- Следующие заявки на участие в тендере были представлены:

№	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИНН)	Время и дата регистрации конверта
1	ТОО «ОрдаМед Костанай», Костанайская обл., г. Костанай, ул. Карбышева, дом 2	131140026382	6.11.2020 16 часов 12 минут
2	ТОО «MEDGROUP», г. Шымкент, ул. Мельникайте, дом 14а	541203300612	10.11.2020 11 часов 49 минут

ТОО «ОрдаМед Костанай», Костанайская обл., г. Костанай, ул. Карбышева, дом 2

№ лота	Наименование	Краткое описание	Сумма
1	Монитор фетальный	Аппарат должен иметь возможность делать регистрацию данных при многоплодной беременности, одновременно у двух плодов. Габариты: ~ 300(Ш) x 300 (В) x 100 (Г) мм Вес: ~3 кг (без батареек) Дисплей: не менее 7" ширина (800x480)	2 600 00,00

ТОО «MEDGROUP», г. Шымкент, ул. Мельникайте, дом 14а

№ лота	Наименование	Краткое описание	Сумма
1	Монитор фетальный	Аппарат должен иметь возможность делать регистрацию данных при многоплодной беременности, одновременно у двух плодов. Габариты: ~ 300(Ш) x 300 (В) x 100 (Г) мм Вес: ~3 кг (без батареек) Дисплей: не менее 7" ширина (800x480)	2 392 000,00

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г. Комиссия решила допустить следующие тендерные заявки для участия в тендере:
ТОО «ОрдаМед Костанай», Костанайская обл., г. Костанай, ул. Карбышева, дом 2
ТОО «MEDGROUP», г. Шымкент, ул. Мельникайте, дом 14а

Анализ тендерных заявок показал, что потенциальные поставщики предоставили полный пакет документов, подтверждающих их соответствие квалификационным требованиям.

- Тендерная комиссия рассмотрела цены и другие условия тендерных заявок, на соответствие их тендерной документации:

№ лота	Наименование товара	Выделенная сумма по лоту	Сумма потенциальных поставщиков по лотам	
			ТОО «ОрдаМед Костанай»	ТОО «MEDGROUP»
1	Монитор фетальный	2 899 240,00	2 600 00,00	2 392 000,00

Экспертиза технических характеристик предложенного оборудования, проведенная на основании представленных спецификаций от потенциальных поставщиков, позволяет сделать следующий вывод:

Таблица сравнения технических характеристик:

Параметр	Значение параметра	ТОО «ОрдаМед Костанай»	ТОО «MEDGROUP»
----------	--------------------	------------------------	----------------

Монитор фетальный	Аппарат должен иметь возможность делать регистрацию данных при многоплодной беременности, одновременно у двух плодов. Габариты: ~ 300(Ш) x 300 (В) x 100 (Г) мм Вес: ~3 кг (без батарей) Дисплей: не менее 7" ширина (800x480) Регистратор: Метод: Термопечать Тип: Рулонный тип Скорость печати не менее 1,2,3 см/мин, (реальное время) Не менее 30 см/мин (трассировка, 2,4 см/мин настройка) Не менее 20 см/мин (трассировка, 1 см/мин настройка) Функция подачи бумаги Частота сердечных сокращений плода: Входной сигнал должен быть: Ультразвуковой пульсирующий доплеровский Метод обнаружения частоты сердечных сокращений плода (ЧСС) должен быть: Автокорреляция ЧСС диапазон : 50-210 ЧСС точность : 120-160 : ±1 уд/мин Кроме 120-160 : ±2 уд/мин Ультразвуковой зонд: Режим работы : импульсно-волновой режим Тип зонда : 7-кристалл Частота ультразвука : 1.0 МГц Частота повторения пульса : 3125 Гц Пик-пространственная усредненная по времени интенсивность : <10 мВт/см2 Маточное сокращение: Входной источник : Внешний зонд Контрольный сигнал : Переключатель одного касания Автообнуление Диапазон измерения : 0-99 Анализ авто КТГ: Средний исходный уровень частоты сердечных сокращений плода (ЧСС) Число ТОСО Число акселерации Число деакселерации : Поздняя, ранняя, переменная Высокий/Низкий Эпизод Кратковременные изменения Потеря сигнала Результаты анализа КТГ распечатываются каждые 10 минут Сохранение данных: Хранение не менее 72 часов Питание: Мощность на входе: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 1.5 А, однофазное		
Ультразвуковой датчик	Датчик для регистрации сигналов сердца плода – 2 шт	Соответствует	Соответствует
Датчик маточных сокращений	Датчик для регистрации сигналов маточного сокращения – 1 шт	Соответствует	Соответствует
Пояс для фиксации датчиков	Пояс для крепления, фиксирования датчиков – 3 шт	Соответствует	Соответствует
Кабель электропитания	Кабель подключения к электропитанию – 1 шт	Соответствует	Соответствует
Адаптер	Адаптер сетевого питания 18 В, 2,8 А – 1 шт	Соответствует	Соответствует
Маркер событий	Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения от 20 до 120 мм рт.ст. - 1 шт	Соответствует	Соответствует
Ультразвуковой гель	Гель должен быть специально разработан, чтобы исключить помехи, которые возникают от движения передающих устройств – 1 шт	Соответствует	Соответствует
Бумага для устройства регистрации данных	рулонная бумага, бумага для отчетов – 2 шт	Соответствует	Соответствует

1. Монитор фетальный серии FC, модель FC 1400, завод изготовитель Bionet Co. Страна происхождения Республика Корея, предложенный ТОО «ОрдаМед Костанай», полностью соответствует требованиям тендерной документации.
2. Монитор фетальный серии FC, модель FC 1400, завод изготовитель Bionet Co. Страна происхождения Республика Корея, предложенный ТОО «MEDGROUP», полностью соответствует требованиям тендерной документации.

На основании Постановления правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г. Тендерная комиссия решила признать победителем тендера по закупу медицинского оборудования:
ТОО «MEDGROUP», г. Шымкент, ул. Мельникайте, дом 14а, так как ценовое предложение данного поставщика предложено с меньшей ценой.

- 1) Организатору государственных закупок: КГП "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области в течении 5 календарных дней со дня подписания итогов тендера направить подписанный договор **ТОО «MEDGROUP»**.
- 2) Организатору государственных закупок КГП «Федоровская районная больница» УзаКо разместить информацию об итогах проведенных государственных закупок способом тендера на интернет-ресурсе Заказчика и письменно уведомить об этом всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем направления уведомления и копии протокола итогов потенциальным поставщикам.

За данное решение проголосовали:


ЗА – 3 голоса (Сыргабаев М.С., Анисимова Е.В., Сынча А.В.)

Против – 0 голосов


Председатель тендерной комиссии


Сыргабаев М.С.


Член комиссии


Анисимова Е.В.

Член комиссии


Сынча А.В.

Секретарь тендерной комиссии


Гуша С.В.