

**Протокол об итогах
к объявлению № 20 по закупкам способом тендера по закупу морозильника медицинского.**

с. Федоровка

«19» января 2021 года

1. Тендерная комиссия в составе:
Шугурмаков С.К. – и.о. главного врача, председатель комиссии
Анисимова Е.В. – главный бухгалтер, член комиссии
Сынча А.В. – юрист, член комиссии
Гуща С.В. – бухгалтер по государственным закупкам, секретарь комиссии.

Провела тендер по государственным закупкам морозильника медицинского.

№ лота	Наименование	Краткое описание	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1	Морозильник медицинский	Тип шкафа – в вертикальном положении. Емкость (л) – 270 Внутренний размер (Ш*Д*В) мм – 500*460*1235 Внешний размер (Ш*Д*В) мм – 700*640*1792 Размер упаковки (Ш*Д*В) мм – 815*755*2040 Масса Нетто/Брутто (кг) – 94/102	штука	2	3 336 900,0

2. Сумма, выделенная для закупки 3 336 900.00 (три миллиона триста тридцать шесть тысяч девятьсот) тенге 00 тиын.
3. Следующие заявки на участие в тендере были представлены:

№	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИИН)	Время и дата регистрации конверта
1	ТОО «ДиАКиТ», Карагандинская обл., г. Караганда, Октябрьский район, микрорайон 19, дом 40 «а».	160640027450	14.01.2021 11 часов 40 минут

4. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г. Комиссия решила допустить следующие тендерные заявки для участия в тендере:
ТОО «ДиАКиТ», Карагандинская обл., г. Караганда, Октябрьский район, микрорайон 19, дом 40 «а».
Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный поставщик предоставил полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

5. Тендерная комиссия рассмотрела цену и другие условия тендерной заявки, на соответствие их тендерной документации:

№ лота	Наименование товара	Выделенная сумма по лоту	Сумма потенциального поставщика
			ТОО «ДиАКиТ»
1	Морозильник медицинский	3 336 900	3 040 000

Экспертиза технических характеристик предложенного оборудования, проведенная на основании представленной спецификации от потенциального поставщика, позволяет сделать следующий вывод:

Таблица сравнения технических характеристик:

Параметр	ТОО «ДиАКиТ»
Тип шкафа – в вертикальном положении. Емкость (л) – 270 Внутренний размер (Ш*Д*В) мм – 500*460*1235 Внешний размер (Ш*Д*В) мм – 700*640*1792 Размер упаковки (Ш*Д*В) мм – 815*755*2040 Масса Нетто/Брутто (кг) – 94/102	Соответствует
Производительность Температурный диапазон - -20~-40°C Температура окружающей среды - 16-32°C Производительность Охлаждения - -40°C Климатический класс – N Контроллер – Микропроцессор Дисплей – Цифровой дисплей	
Охлаждение Компрессор – 1 шт Способ охлаждения – прямое охлаждение Режим размораживания – инструкция Хладагент – Хладагенте R290 Толщина изоляции (мм) – 100	
Конструкция Внешний материал – материал с порошковым покрытием Внутренний материал – алюминиевая пластина с напылением Выдвижной ящик – 7 (АБС) Дверной замок с ключом. Дверь – 1 Порт Доступа – 1шт. Ø 25 мм Ролики – 2+(2 ролика с тормозом)	

С. Федоровка

Температура – высокая/низкая температура Конструкция – открыта дверь Система – отказ датчика температуры	Оповещения	
Источник питания (В/Гц) – 220/50 Номинальная мощность (Вт) – 255 Входная мощность (Вт) – 575 Потребляемая мощность (кВтч/24ч) – 2.86 Номинальный ток (А) – 2.63	Электричество	

На основании главы 9 параграфа 4 пункта 84 Постановления правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г. Тендерная комиссия решила признать закуп способом тендера по закупу морозильника медицинского несостоявшимся:

Лот № 1 представления менее двух тендерных заявок. Представлена тендерная заявка ТОО «ДиАКиТ», Карагандинская обл., г. Караганда, Октябрьский район, микрорайон 19, дом 40 «а».

1) На основании Постановления правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09 г., главы 11, пункта 116 п.п. 1 Организатору закупок КГП «Федоровская районная больница» УзаКо провести закуп способом из одного источника с **ТОО «ДиАКиТ»**.

2) Организатору государственных закупок КГП «Федоровская районная больница» УзаКо разместить информацию об итогах проведенных государственных закупок способом тендера на интернет-ресурсе Заказчика и письменно уведомить об этом всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем направления уведомления и копии протокола итогов потенциальным поставщикам.

За данное решение проголосовали:

ЗА – 3 голоса (Шугурмаков С.К., Анисимова Е.В., Сыпча А.В.)

Против – 0 голосов


Председатель тендерной комиссии

 Шугурмаков С.К.


Член комиссии

 Анисимова Е.В.

Член комиссии

 Сыпча А.В.

Секретарь тендерной комиссии

 Гуша С.В.