

Объявление № 2

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления Правительства РК от 4 июня 2021 года № 375

1. Наименование и адрес заказчика (организатора) закупа: КГП «Федоровская РБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее – Больница), 111900, с.Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1

№	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупа (тенге)
1	Маточный манипулятор для диагностики и субтотальной гистерэктомии	Назначение: Хирургический маточный манипулятор является одноразовым медицинским устройством, предназначенным исключительно для гинекологических операций. Устройство должно использоваться только квалифицированными и опытными практикующими врачами. Применение: Одноразовый хирургический маточный манипулятор предназначен для манипуляций, диагностики и субтотальной гистерэктомии в гинекологии и проктологии. Описание: Одноразовый хирургический маточный манипулятор включает в себя стальной стержень с рукояткой для манипулирования на одном конце и атравматический перфорированный тупой наконечник на другом. Эргономичный дизайн рукоятки позволяет оптимально манипулировать маткой во время диагностических и хирургических процедур. Длина наконечника может изменяться и адаптироваться к размерам матки за счёт установки пластиковых редукторов (не менее 25 мм и не более 35 мм), выполняющих одновременно функцию ограничителей. Благодаря тому, что наконечник имеет достаточно большой диаметр по всей длине и располагается не только в цервикальном канале, но и в полости матки, маткой можно безопасно и легко манипулировать (например, при субтотальной гистерэктомии при матке небольших размеров или для хорошей экспозиции при работе в Дугласовом пространстве). К манипулятору подсоединена всасывающая трубка с Y-образным разъемом для подключения к вакуумной установке (аспиратору). Всасывающий эффект достигается либо за счет подключения к аспиратору или при помощи шприца (не менее 50 мл). Маточный манипулятор поставляется вместе с атравматическим зондом – расширителем для калибровки шейки матки. Зонд-расширитель длиной не более 330мм имеет два конца – узкий и широкий, узким концом определяется длина полости матки. Характеристика: Стержень: диаметр не менее 4 мм, длина: не более 250 мм Наконечник с резьбой: диаметр не менее 6,5мм, длина: не более 90 мм Зонд-расширитель: длина не более 330мм Стандартный комплект поставки: Зонд-расширитель, маточный манипулятор, оснащенный: наконечник, 2 редуктора, всасывающая трубка с Y-образным разъемом. Поставляется в индивидуальной герметичной стерильной упаковке. Условия хранения:	штука	3	66000,0

		Температура хранения от 5°C до 35°C, избегайте длительного воздействия низких или высоких температур. Хранить в месте, предназначенном для хранения стерильных медицинских приборов. Срок хранения с гарантией стерильности – 5 лет. Стерилизовано этиленоксидом.			
2	Маточный манипулятор для тотальной гистерэктомии	Назначение: Хирургический маточный манипулятор является одноразовым медицинским устройством, предназначенным исключительно для гинекологических операций. Устройство должно использоваться только квалифицированными и опытными практикующими врачами. Применение: Одноразовый хирургический маточный манипулятор предназначен для раскрытия матки (то есть проникновение внутрь и вокруг брюшной полости). Кроме того, устройство позволяет обследовать заднюю часть влагалища в случае полной гистерэктомии, при сохранении пневмоперитонеума. Описание: Одноразовый хирургический маточный манипулятор включает в себя стальной стержень с рукояткой для манипулирования на одном конце и острый винтовой наконечник на другом. Перфорирующий направляющий клапан из пластика может свободно вращаться и перемещаться, что позволяет проводить точную перфорацию (удаление матки). Баллон позволяет гарантировать сохранение пневмоперитонеума в брюшной полости. К баллону подсоединена трубка с разъемом Люер-лок и клапаном на конце для присоединения к шприцу, посредством которого раздувается баллон. В конце операции рукоятка баллона (соединена с баллоном) позволяет поддерживать пневмоперитонеум. Маточный манипулятор поставляется вместе с атравматическим зондом – расширителем для калибровки шейки матки. Зонд-расширитель длиной не более 330 мм имеет два конца – узкий и широкий, узким концом определяется длина полости матки. Характеристика: Маточный манипулятор: длина не более 480 мм Стержень: диаметр не более 4 мм, длина: не более 380 мм (рабочая длина не менее 300 мм) Наконечник с резьбой: диаметр не более 6 - 16 мм, длина: не более 80 мм Зонд-расширитель: длина не более 330 мм Стандартный комплект поставки: Зонд-расширитель, маточный манипулятор, оснащенный: перфорирующий направляющий клапан, баллон, рукоятка баллона. Поставляется в индивидуальной герметичной стерильной упаковке. Условия хранения: Температура хранения от 5°C до 35°C, избегайте длительного воздействия низких или высоких температур. Хранить в месте, предназначенном для хранения стерильных медицинских приборов. Срок хранения с гарантией стерильности - 5 лет. Стерилизовано этиленоксидом.	штука	7	409500,0

2. Место поставки: 111900, с. Федоровка, ул. К. Либкнехта, 1

3. Сроки и условия поставки: поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупке, в течении 15 календарных дней после заключения договора. Товары отгружаются силами поставщика в склад распред. пункта Больницы.

4. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: 111900, с.Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1, административный корпус, бухгалтерия, время с 8.30 до 17.30 часов (обеденный перерыв с 13.00 по 14.00 часов) по 25 января 10.30 часов включительно.


5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 25 января 2023 года, время 10.45 часов 111900, с.Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8-71442-23256, 21250.

Главный врач



Сыргабаев М.С.