

Объявление № 25

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления Правительства РК от 7 июня 2023 года № 110

1. Наименование и адрес заказчика (организатора) закупа: КГП «Федоровская РБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее – Больница), 111900, с.Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1

№	Наименование	Описание изделия медицинского назначения	Единица измерения	Количество	Сумма, выделенная для закупа (тенге)
1	Ростомер напольный механический.	Имеет металлическое основание со штангой и пластиковую шкалу. Конструкция разборная. Предназначен для измерения роста стоя взрослых и детей в медицинских, оздоровительных, спортивных и других учреждениях. Наибольший предел измерения роста, мм - 2200 Наименьший предел измерения роста, мм – 800 Цена деления шкалы, мм – 1 Погрешность измерения роста, мм - ±4 Материал штанги – металл Материал основания – металл Длина, мм – 590 Ширина, мм – 540 Высота, мм – 2500 Вес, не более, кг – 7,2 Гарантийный срок, мес – 12 Срок службы, лет – 6 С Казахстанской поверкой (с предоставлением сертификата о поверке в СИ РК не ранее ноября 2023 года).	Штука	2	126000,0
2	Концентратор кислорода (с выходом для ингаляций).	Воздушный поток на выходе для ингаляций 10-21 л/мин Размер (± 5%) 420*360*680 мм Максимальное давление на выходе квс 45 ± 4,5 кПа Максимальное давление на выходе для ингаляций 150 ± 4,5 кПа Воздушный поток (производительность) на выходе КВС 0-5 л/мин Концентрация КВС на выходе ≥ 93 % Средняя потребляемая мощность 600 Вт Частота сети 50 Гц Питание сети 220 ± 22 В Уровень шума (не более) 55 дБ Тип дисплея Цифровой Оснащение Диффузор; Каниоля 2 м; Каниоля 5 м; Комплект для ингаляций Автомат - выключатель Да Ручки для перемещения Да Срок службы 10 лет Материал корпуса Ударопрочный пластик Дополнительный выход для ингаляций Да Колесные опоры Да	штука	1	430000,0
	Датчик кислорода для аппарата ИВЛ «Biyovent»	1. Диапазон измерений: от 0 до 100 % кислорода при атмосферном давлении. 2. Номинальный срок службы датчика: не менее 500 000% кислородных часов по объему. 3. Выходное напряжение в окружающей среде: от 9 мВ до 13 мВ 4. Электрический интерфейс: 3-х пиновый. 5. Точность: должна соответствовать требованиям ISO 80601-2-55.	штука	2	145576,0

	6. Рабочая температура от 0°C до 50°C. 7. Диапазон давления от 0.6 бар до 2 бар. 8. Рабочая влажность от 0% до 99% относительной влажности без конденсации 9. Температура хранения: от -20°C до 50°C. 10. Время прогрева: не более 30 минут после замены сенсора. 11. Долгосрочный дрейф выхода кислорода: - не более 1% объема кислорода в месяц; - не более 15% в течение срока службы. Гарантийный срок службы датчика кислорода- 6(шесть) месяцев. В следствии обнаружения производственных дефектов, датчик кислорода или его детали должны быть заменены на новые.			
Блок выдоха для аппарата ИВЛ «Biyivent»	1. Блок выдоха состоит из клапана выдоха и датчика потока. 2. Датчик потока требуется для измерения потока и объема выдыхаемого воздуха. 3. Клапан выдоха требуется для контроля дыхательных фаз и положительного давления в конце выдоха (PEEP). 4. Датчик потока и клапан выдоха должны быть совместимы друг с другом. 5. Длина датчика потока 78,6мм расстояние между трубками 25,6 мм. 6. Автоклавирование при 121° C позволяет использовать блок выдоха до 10 раз при соблюдении инструкции по стерилизации. 7. Датчик потока должен быть установлен таким образом, чтобы не было утечки в местах соединений с клапаном выдоха. 8. Клапан выдоха состоит из корпуса клапана, клапанной крышки и мембраны. 9. Мембрана клапана должна прилегать к крышке клапана таким образом, чтобы не было утечки. 10. Клапанная крышка должна иметь выпускное отверстие. 11. После установки блока выдоха, система должна успешно пройти проверку аппарата. Гарантийный срок службы датчика кислорода- 6(шесть) месяцев. В следствии обнаружения производственных дефектов, датчик кислорода или его детали должны быть заменены на новые.	комплект	2	296396
Фильтр для вентилятора аппарата ИВЛ «Biyivent»	1. Материал: полиэстер типа KS-22. 2. Характеристики фильтра: задержка частиц пыли не менее 60%. 3. Снижение воздушного потока: не более 30%. 4. Термостойкость: до 100°C. 5. Размер фильтра: 80 ммх 80 мм. Гарантийный срок службы продукта- 1 (один) год. В следствии обнаружения производственных дефектов, фильтр вентилятора должен быть заменен на новый.	штука	2	6178,0
Регулятор давления с фильтром 2.5бар 255л/м для аппарата ИВЛ «Biyivent»	1. Рабочее давление: 0-16 бар. 2. Выходное давление: 0.3-10 бар. 3. Скорость потока 550 Л/мин 6.6 бар. 4. Фильтр 40µm. 5. Рабочая температура: 0°C to +50°C. Гарантийный срок службы продукта- 1 (один) год. В следствии обнаружения производственных дефектов, фильтр вентилятора должен быть заменен на новый.	штука	2	151630,0
Аккумуляторная батарея 12в-9ач для аппарата ИВЛ «Biyivent»	1. Комплект состоит из 2 двух аккумуляторных батарей 2. Размер одной аккумуляторной батареи 151х65х98мм; 3. Срок службы аккумуляторной батареи: не менее 1 года при 20C-25C;	комплект	2	105312,0

