

**Протокол об итогах
к объявлению № 12 по закупкам способом тендера по закупу медицинского оборудования.**

с. Федоровка

«22» августа 2024 года

- Тендерная комиссия в составе:
Сырбаев М.С. – главный врач, председатель комиссии
Кутлина Т.Г. – главная медицинская сестра, член комиссии
Сынча А.В. – юрист, член комиссии
Гуща С.В. – бухгалтер по государственным закупкам, секретарь комиссии.

Провела тендер по государственным закупкам медицинского оборудования.

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Единица измерения	Кол-во	Сумма, выделенная для закупа, тенге
1	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру	штука	1	1 392 500

- Сумма, выделенная для закупки 1 392 500,00 (один миллион триста девяносто две тысячи пятьсот) тенге 00 тиын.
- Следующие заявки на участие в тендере были представлены:

№	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИНН)	Время и дата регистрации конверта
1	ТОО «ОСТ-ФАРМ», г. Усть-Каменогорск, ул. Астана, 16А	990140000225	19.08.2024 9 часов 08 минут
2	ТОО «ОрдаМед Костанай», г. Костанай, ул. Карбышева, дом 2	131140026382	21.08.2024 9 часов 01 минута

ТОО «ОСТ-ФАРМ», г. Усть-Каменогорск, ул. Астана, 16 А

№ лота	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Сумма
1	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру	Штука	1	1 291 000

ТОО «ОрдаМед Костанай», г. Костанай, ул. Карбышева, дом 2

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру	штука	1	1 392 500

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 110 от 07.06.2023 г. Комиссия решила допустить следующие тендерные заявки для участия в тендере:
ТОО «ОСТ-ФАРМ», г. Усть-Каменогорск, ул. Астана, 16А
ТОО «ОрдаМед Костанай», г. Костанай, ул. Карбышева, дом 2
Анализ тендерных заявок показал, что потенциальные поставщики предоставили полный пакет документов, подтверждающих их соответствие квалификационным требованиям.

- Тендерная комиссия рассмотрела цену и другие условия тендерной заявки, на соответствие их тендерной документации:

№ лота	Наименование товара	Выделенная сумма по лоту	ТОО ОСТ-ФАРМ	ТОО ОрдаМед Костанай
1	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру	1 392 500,0	1 291 000	1 392 500

Экспертиза технических характеристик предложенного оборудования, проведенная на основании представленной спецификации от потенциального поставщика, позволяет сделать следующий вывод:

По лоту № 1 «Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру»

Таблица сравнения технических характеристик:

Наименование комплектующего к МТ	Техническая спецификация к тендерной заявке	Комплекс суточного мониторинга ЭКГ Валента ТОО «ОСТ-ФАРМ»	Комплекс суточного мониторинга ЭКГ Cardi UP12 ТОО «ОрдаМед Костанай»	Комментарии
Память	внутренняя	внутренняя.	внутренняя	Комплекс суточного мониторинга ЭКГ Валента имеет Оперативную память.
Период записи	до 168 часов (7 суток)	до 168 часов (7 суток) (соответствует)	до 168 часов (7 суток)	соответствие
Размеры	67 x 93 x 21 мм	72x63x20 мм (соответствует). Согласно данным из открытых источников Государственного реестра nnda.kz реальные размеры 150x70x25 мм. Предоставлены заведомо некорректные данные.	67 x 93 x 21 мм	Комплекс суточного мониторинга ЭКГ Валента Габариты: 67 x 62 x 19 мм. (Согласно данным из открытых источников Государственного реестра nnda.kz реальные размеры 150x70x25 мм. Предоставлены заведомо некорректные данные.)
дисплей	48 x 28 мм	48 x 28 мм	48 x 28 мм	ЖК дисплей 34 x 27 мм с разрешением 160 x 128 пикселей.
Вес	не более 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля)	60 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля) (соответствует)	не более 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля)	соответствие

Частота дискретизации	300, 600, 1200 Гц, 12 бит	500 Гц. (не соответствует)	300, 600, 1200 Гц, 12 бит	(-)
Питание	батарея AA – 1 шт	AAA - 1 шт. (не соответствует)	батарея AA – 1 шт	(-)
Кнопки управления	3 кнопки управления меню, 1 – событие	3 кнопки управления меню, 1 (кнопка подтверждения) - используется для отметки события. (соответствует)	3 кнопки управления меню, 1 – событие	соответствие
Распознавание кардиостимулятора	аппаратное	аппаратное (соответствует)	аппаратное	соответствие
Связь с ПК	USB кабель	Bluetooth-адаптер или картридер. (не соответствует)	USB кабель	(-)
ЭКГ кабель	ЭКГ кабель с 7 или 10 отведениями	ЭКГ кабель с 7 или 10 отведениями (соответствует)	ЭКГ кабель с 7 или 10 отведениями	соответствие
Набор одноразовых электродов для ЭКГ	Одноразовые электроды для присоединения с ЭКГ кабелем, 1 упаковка – не менее 30 штук	Одноразовые электроды для присоединения с ЭКГ кабелем, 1 упаковка -30 штук (соответствует)	Одноразовые электроды для присоединения с ЭКГ кабелем, 1 упаковка – не менее 30 штук	соответствие
Сумка для аппарата	Чехол для переноски и транспортировки оборудования без комплектующих. Изготовлен из тканевой основы.	Чехол для переноски и транспортировки оборудования без \ комплектующих. \ (соответствует) Материал: кожа, заплата кнопочного типа.	Чехол для переноски и транспортировки оборудования без комплектующих. Изготовлен из тканевой основы.	
Батареи типа AA	Батареи питания	Аккумуляторы металлгидридные типоразмера AAA Номинальное напряжение: 1,2 В. (не соответствует) Номинальная емкость: не менее 1000 мА*ч.	Батареи питания	(-)
Руководство пользователя	Руководство пользователя		Руководство пользователя	

Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру, предложенный ТОО «ОСТ-ФАРМ», не соответствует требуемой технической спецификации.
Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру, предложенный ТОО ОрдаМед Костанай, полностью соответствует требованиям тендерной документации.

Тендерная комиссия рассмотрела и сопоставила тендерные заявки и путем открытого голосования РЕШИЛА:
допустить к участию в тендере:

ТОО «ОрдаМед Костанай», г. Костанай, ул. Карбышева, дом 2

Эксперты из профильных специальностей не привлекались

На основании Постановления правительства Республики Казахстан № 110 от 07.06.2023г. Тендерная комиссия решила:

Заказчику КГП «Федоровская районная больница» УзаКо на основании п.66 признать победителя тендера потенциального поставщика ТОО «ОрдаМед Костанай», чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил.

Организатору/заказчику тендера КГП «Федоровская районная больница» УзаКо в течении 5 календарных дней со дня подписания итогов тендера направить подписанный договор по лоту № 1 ТОО «ОрдаМед Костанай», г. Костанай, ул. Карбышева, дом 2 на сумму 1 392 500,00 (один миллион триста девяносто две тысячи пятьсот) тенге 00 тиын.

Секретарю тендерной комиссии Гуша С.В:

- В течении 3 (трех) календарных дней со дня подведения итогов тендера, уведомить потенциальных поставщиков принявших участие в тендере о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе Заказчика или Организатора закупа.

За данное решение проголосовали:

ЗА – 3 голоса (Сырगाбаев М.С., Кутлина Т.Г., Сыпча А.В.)

Против – 0 голосов

Председатель тендерной комиссии

Сыргабаев М.С.

Член комиссии

Кутлина Т.Г.

Член комиссии

Сыпча А.В.

Секретарь тендерной комиссии

Гуша С.В.



(Handwritten signatures of Syrghabaiev M.S., Kutlina T.G., Syypcha A.V., and Gusha S.V.)