

**Протокол об итогах
к объявлению № 2 по закупкам способом тендера по закупу медицинского оборудования.**

с. Федоровка

«14» февраля 2024 года

1. Тендерная комиссия в составе:
Сырғабаев М.С. – главный врач, председатель комиссии
Лапенко П.А. – старшая медицинская сестра поликлинического отделения, заместитель председателя комиссии
Анисимова Е.В. – главный бухгалтер, член комиссии
Гуща С.В. – бухгалтер по государственным закупкам, секретарь комиссии.
Провела тендер по государственным закупкам медицинского оборудования.

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Единица измерения	Кол-во	Сумма, выделенная для закупа, тенге
1	Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе в комплекте	штука	1	685 000

1. Сумма, выделенная для закупки 685 000,00 (шестьсот восемьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын.
2. Следующие заявки на участие в тендере были представлены:

№	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИНН)	Время и дата регистрации конверта
1	ТОО «Норд Реактив», г. Костанай, ул. Гашека 6/1-28	080140016569	31.01.2024 15 часов 18 минут

ТОО «Норд Реактив», г. Костанай, ул. Гашека 6/1-28

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1	Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе в комплекте	штука	1	685 000

1. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 110 от 08.06.2023 г. Комиссия решила допустить:

ТОО «Норд Реактив», г. Костанай, ул. Гашека 6/1-28

Анализ тендерных заявок показал, что потенциальные поставщики предоставили полный пакет документов, подтверждающих их соответствие квалификационным требованиям.

2. Тендерная комиссия рассмотрела цену и другие условия тендерной заявки, на соответствие их тендерной документации:

№ лота	Наименование товара	Выделенная сумма по лоту	ТОО «Норд Реактив»
1	Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе в комплекте	685 000	685 000

Экспертиза технических характеристик предложенного изделия, проведенная на основании представленной спецификации от потенциального поставщика, позволяет сделать следующий вывод:

По лоту № 1 «Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе в комплекте»

Таблица сравнения технических характеристик:

Наименование комплектующего	краткая техническая характеристика комплектующего	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)	Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе в комплекте Производства: Dräger Safety AG Co. KGaA Германия (ТОО «Норд Реактив») соответствует
Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Предназначен для быстрого определения степени алкогольного опьянения путем измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Для мобильного использования: полицейскими службами, медицинскими учреждениями, промышленными предприятиями Принцип измерения Электрохимический сенсор DrägerSensor в исполнении 1/4"; специально для обнаружения алкоголя Диапазон измерения от 0 до 2,5 мг/л; индикация на дисплее при превышении измерительного диапазона Отбор образца Стандартный: автоматический отбор образца при достижении минимального объема. Также возможен пассивный отбор образца или ручной запуск отбора Готовность к работе приблизительно через 2 с после включения Вывод результатов измерения на дисплей прил. через 3 с (при 0	1 штука	

	мг/л); прикл. через 10 с (при 0,5 мг/л, комнатной температуре) Диапазон температур при эксплуатации -5 ... +50 °С Дисплей Графический ЖК-дисплей с подсветкой экрана; 41 x 24 мм (128 x 64 пикселя) Светодиодный индикатор 3-цветный, для поддержки уведомлений и предупреждений Звуковой сигнализатор Различные звуковые сигналы для поддержки уведомлений и предупреждений Память данных Хранение результатов последних 5000 результатов с указанием номера, даты и времени проверки Электропитание Две батареи AA или NiMH аккумуляторы; индикация питания на дисплее. Один комплект батарей позволяет выполнить около 1500 тестов. NiMH аккумуляторы можно подзаряжать прямо в алкотестере. Калибровка Калибровка влажным или сухим газом Размеры (Д x Ш x В), вес 147 x 65 x 39 мм, прикл. 260 г Настройка прибора Настройка прибора через меню (после ввода PIN-кода). Не требуется дополнительное программное обеспечение для ПК Вибро- и ударостойкость Согласно EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F Маркировка ЕС Директива 89/336/EEG (электромагнитная совместимость) Интерфейсы передачи данных USB для ПК; оптический интерфейс для принтера Стандарт соответствует EN 15964 Класс защиты IP 54 Комплектация: Газоанализатор: 1 шт. Пластиковый кейс: 1 шт. Батарея (тип AA, щелочные батареи, перезаряжаемые): 2 шт. Казахстанская поверка не ранее: сентябрь 2022 года.		
Мундштук для газоанализатора	Мундштук для газоанализатора. Количество мундштуков в упаковке, штук: не менее 200 Технология: „вставь и защелкни“	1 штука	соответствует
Зарядное устройство	Предназначено для зарядки NiMH аккумуляторов 1 штука.	1 штука	соответствует

Тендерная комиссия рассмотрела и сопоставила тендерные заявки и путем открытого голосования РЕШИЛА: допустить к участию в тендере:

1. ТОО «Норд Реактив», г. Костанай, ул. Гашека 6/1-28

Эксперты из профильных специальностей не привлекались

Заказчику КГП «Федоровская районная больница» УзаКо на основании п.72 Параграфа 4 осуществить закуп способом из одного источника:

1. Лот № 1 «Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе в комплекте» с ТОО «Норд Реактив», г. Костанай, ул. Гашека 6/1-28, на сумму 685 000-00 тенге.

Секретарю тендерной комиссии Гуца С.В.:

- 1) В течении трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, уведомить потенциальных поставщиков принявших участие в тендере о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе Заказчика или Организатора закупки.

За данное решение проголосовали:

ЗА – 3 голоса (Сыргабаев М.С., Лапенко П.А., Анисимова Е.В.)

Против – 0 голосов

Председатель тендерной комиссии

Сыргабаев М.С.

Член комиссии

Лапенко П.А.

Член комиссии

Анисимова Е.В.

Секретарь тендерной комиссии

Гуца С.В.

